

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, телефон, факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

ОКПО 75902430 ОГРН 1053701048378 ИНН/КПП 3702068421/370201001

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU.ЦОА.018 от 21.09.2011

зарегистрирован в Едином реестре

№ РОСС RU.0001.510134 21.09.2011

Действителен до 21.09.2016



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ

Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области

Руководитель ИЛЦ

М.П.

Е.Б. Букушина

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6288 от «25» сентября 2015 г.

**Наименование пробы (образца):** опилки массива бука.

**Пробы (образцы) направлены:** технологом Бебневой Г.А.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 24.09.2015г. 08:00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 24.09.2015г. 10:00

**Цель отбора:** на соответствие СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Вознесенская мебельная мануфактура», 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 39.

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** ООО «Вознесенская мебельная мануфактура», 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 39.

**Код пробы (образца):**

24.09.15.2151.1X

**Изготовитель:** ООО «Вознесенская мебельная мануфактура», 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 39.

**Дата изготовления:** -

**Номер партии:** -

**Объем партии:** -

**Тара, упаковка:** полиэтиленовый пакет.

**НД на методы отбора:** ГОСТ Р 50801-95.

**Условия транспортировки:** автотранспорт.

**Дополнительные сведения (при необходимости):** -

**Специалист ответственный за оформление протокола:** Костина Ю.С. Костина

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный код протокола Ф 03-05-41-01-2013




Код пробы:

К 3.24.09.15.2151.1 X

## РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность измерения	Гигиенический норматив	Единицы измерений (для граф 3,4,5)	НД на методы исследования
1	Удельная активность $^{137}\text{Cs}$	4.0129	1.181	300	Бк/кг (л)	ГН 2.6.1.670-97 МИ ГНМЦ ВНИИФТРИ 2003 ГОСТ Р 50801-95

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		Номер	Дата поверки	
УСК "Гамма-Плюс"	9870-Г	03-0338 03	13.07.2015	13.07.2016
Спектрометрический комплекс «ПРОГРЕСС»	9505-Б	03-0338 02	13.07.2015	13.07.2016

Ответственные за измерения	Ф.И.О.	Подпись.
Эксперт-физик	Афинеевская О.В.	
Химик-эксперт	Шулайкина Ю.Г.	
Зав. лабораторией	Даричева О.А.	

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный код протокола Ф 05-03-04-01-2013

Общее количество страниц \_\_\_\_; страница \_\_\_\_